




3-in-1 Nursery Thermometer

User's Guide TH063, TH064, TH075

Please be sure to read all warnings, instructions and notations before using this product. Please keep these instructions as they contain important information.

Basics of Your Thermometer



Care and Maintenance

Cleaning Probe Tip:

- Clean before and after each use.
- Use an alcohol swab to wipe clean.

Cleaning Thermometer Body:

- Use a soft, dry cloth to clean thermometer body.

Notes:

- **DO** remove battery if stored for a long period of time.
- **DO** store thermometer in a dry place at room temperature with the protective cap in place.
- **DO** take special care not to scratch the display window.
- **DO NOT** allow electronics to get wet.
- **DO NOT** use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning.
- **DO NOT** disassemble for any reason other than battery replacement.
- **DO NOT** drop thermometer.

Normal Body Temperature

Temperature readings are different from person to person and also vary depending upon the body location from which the temperature is measured. For example: Oral temperatures tend to be comparable to ear temperatures and approximately 1° lower than rectal temperatures for the same individual. Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.

"Normal" temperature refers to each individual's average temperature while healthy. You may want to measure and record your child's temperature a few times when he or she is well, so that you will know what is normal for your own child. On average, temperature ranges are as follows:

TEMPERATURE METHOD	NORMAL TEMPERATURE	FEVER RANGE
Oral	97.0° - 99.6°F	99.6°F +
Rectal	97.3° - 100.4°F	100.4°F +
Underarm	95.4° - 98.6°F	98.6°F +

⚠ WARNING

- This is **NOT** an ear thermometer. **NEVER** put probe into ear.
- Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally.
- **ALWAYS** supervise your child when using thermometer. **NEVER** allow your child to use it alone.
- **NEVER** allow children to play with this product. It is not a toy. This is a sensitive electronic device and may be damaged if not used properly under parental supervision.
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock, and/or dust.
- Keep battery out of child's reach. Swallowing a battery could be fatal.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat, as it may explode.
- Used batteries should be disposed of properly.

How to Measure Temperature

Ensure that thermometer is at room temperature, waiting 15 minutes if necessary.

- Remove probe tip cap. Press and release ON/OFF button. Thermometer beeps once and all segments display briefly as the thermometer powers on.



- The last temperature measured displays with the **M** icon on screen for a few seconds.




- Confirm that °F (or °C) is flashing. This indicates that the thermometer is ready to take measurement.

Specifics for each Temperature Mode

ORAL—For children 4 years and older.

1. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then place probe tip under the tongue in locations indicated by . Instruct children not to bite down on the probe.



RECTAL—Highly accurate for measuring core body temperature. Pediatrician recommended mode from birth to age 1, and beyond as tolerated by child.

1. Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly. For easier insertion, position baby so that the back and legs form a 90-degree angle (L-shape).
2. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then insert probe tip no more than 1/2 inch (1.3 cm) into rectum. Do not force the tip into rectum if resistance is encountered.



UNDERARM—For child under age 4 who will not cooperate with rectal temperature measurement.

1. Wipe underarm with a dry towel.
2. Ensure that °F (or °C) is still flashing, then place probe tip at center of underarm. Bring arm down against the body. Probe must touch skin.



- When °F (or °C) stops flashing, the measuring is complete. Approximate measurement time is 30 seconds. Thermometer beeps 10 seconds for normal temp and approximately 15 seconds for fever temps.
 - Remove probe tip from measurement site and check temperature.
 - Press button to shut off or thermometer will shut off automatically after 8-9 minutes.
 - Thermometer must be shut off and turned on again before another measurement can be taken.
- NOTE: High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician. Fever chart included.
- DO NOT** allow child to walk or run during temperature taking. Probe could present a hazard.

Memory Recall

Thermometer stores the last temperature reading. As a reference for parents, that temperature reading displays automatically the next time the thermometer is powered on.



If the thermometer is powered on and off, the reading in memory is erased.

Fahrenheit / Celsius

Press button to power on the thermometer. As soon as "----" displays on the screen, press and hold the button for at least 3 seconds to switch between F and C. Release button when the desired indicator displays on screen.

How to Replace the Batteries


Dead Battery Indicator:

When the "▽" icon flashes, the battery is exhausted and need to be replaced.



To Replace Battery:

- 1 Use a Phillips head screwdriver to loosen battery cover screw. Remove cover.
- 2 Use a toothpick to remove battery.
- 3 Insert new 1.5 volt battery (LR41 or equivalent), correctly positioned with the rounded **negative side facing up** as shown in the illustration.
- 4 Place the battery cover on the thermometer and secure the cover.



Technical Specifications

Measurement Temperature Range: 90° F to 109.9° F

Measurement Accuracy:

- +/- 0.2° F for temps 95° F to 107.6° F
- +/- 0.4° F for temps below 95° F or above 107.6° F.

Operation Environment: 50° F to 104° F

Storage Environment: -13° F to 140° F

Test Protocol:

- 1 Put the tip of thermometer into water bath, approximately 1/2" below the surface.
- 2 Wait for 10 seconds, then turn on the thermometer by pressing the ON/OFF button. The thermometer is now in standard mode.
- 3 When the measurement is completed, record the temperature reading.

One (1) Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

©2015 Dorel Juvenile.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Made in CHINA.
Styles and colors may vary.
Distributed by Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
01/14/15 4358-6388

Troubleshooting

Display	Meaning	Recommended Action	Display	Recommended Action
	<ul style="list-style-type: none"> • Thermometer may have been stored in a hot environment. • Measured temperature is above this thermometer's range. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wait 30 minutes to allow thermometer to reach room temperature, then try again. • See Technical Specifications section for Measurement Temperature Range. 		<ul style="list-style-type: none"> • Batteries are low. Replace them. (See How to Replace Batteries section).
	<ul style="list-style-type: none"> • Thermometer may have been stored in a hot or cold environment. • The thermometer cannot function if the environment's temperature is outside the permissible range. • Thermometer may have been mishandled. You may have irreversibly damaged it. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wait 30 minutes to allow thermometer to reach room temperature, then try again. • See Technical Specifications section for Operation Environment. • Shut off and restart before discarding. 		<ul style="list-style-type: none"> • Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800)544-1108, or fax at (800)207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have ready the model number (TH063, TH064) and date code (manufacture date located on package). • Install new batteries and re-try function before calling Consumer Relations on electronics.




Termómetro para niños 3 en 1

Guía para el Usuario TH063, TH064, TH075

Por favor, asegúrese de leer bien todas las advertencias, instrucciones e indicaciones antes de usar este producto. Siga las instrucciones, ya que contienen información importante.

Conceptos Básicos de su Termómetro



Cuidado y Mantenimiento

Cómo Limpiar la Sonda y la Punta:

- Limpie antes y después de cada uso.
- Use un hisopo con alcohol para limpiar.

Cómo Limpiar el Cuerpo del Termómetro:

- Use un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del termómetro.

Notas:

- Quite las baterías si va a guardar el producto durante un largo período de tiempo.
- **GUARDE** el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente con la tapa protectora colocada.
- **TENGA** cuidado especial de no rayar la superficie de los sensores o la pantalla.
- **NO** permita que la electrónica se mojen.
- **NO UTILICE** productos de limpieza abrasivos, solventes o bencina.
- **NO** lo desarme por ningún motivo, excepto para cambiar las baterías.
- **NO DEJE** caer el termómetro.

Temperatura Corporal Normal

Las mediciones de temperatura varían de persona a persona y también varían según la parte del cuerpo en la cual se tome la temperatura. Por ejemplo: Las temperaturas orales tienden a ser comparable a la temperatura del oído, y aproximadamente 1 °F (0.5 °C) menos que las temperaturas rectales para una misma persona. Las lecturas de temperatura también pueden verse afectadas por otros factores, tales como el ejercicio, el consumo de alimentos o bebidas calientes o frías antes de tomar la temperatura, y la técnica de medición.

La temperatura "normal" se refiere a la temperatura media de cada persona en buen estado de salud. Tal vez le convenga tomar y anotar la temperatura de su hijo cuando esté en buen estado de salud unas cuantas veces, para saber cuál es su temperatura normal. En promedio, los límites de temperatura son los siguientes:

MÉTODO	LÍMITES NORMALES	LÍMITES DE FIEBRE
Oral	36.1° - 37.6°C	37.6°C+
Rectal	36.3° - 38°C	38°C +
Debajo del brazo	35.2° - 37°C	37°C +

⚠ AVISO

• Este **NO** es un termómetro de oído. **NUNCA** coloque la sonda en el oído. • Mida la temperatura debajo del brazo, por vía oral o rectal. • **SIEMPRE** supervise a los niños cuando use el termómetro. **NUNCA** permita que un niño lo use por sí solo o sin supervisión de los padres. • **NUNCA** permita que los niños jueguen con este producto. No es un juguete. Es un dispositivo electrónico delicado que puede dañarse si no se usa de la manera apropiada bajo la supervisión de los padres. • Evite los golpes bruscos y el polvo. • **NO** exponga el termómetro a temperaturas extremas, humedad, luz directa del sol o descargas y / o polvo. • Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Tragarse una batería puede resultar fatal. • La batería no debe volver a cargarse ni exponerse a temperaturas muy altas, ya que podría explotar. • Las baterías usadas se deben desechar correctamente.

Cómo Tomar la Temperatura

Asegúrese de que el termómetro esté a la temperatura ambiente. Si es necesario, espere 15 minutos.

- Quite la tapa de la punta de la sonda. Presione y libere el botón ON/OFF . El termómetro emite un pitido y todos los segmentos aparecen en pantalla durante 1 segundo.



- Durante unos segundos, aparece en pantalla la última temperatura tomada con el icono **M**.




- Confirm que °F (o °C) está parpadeando. Esto indica que el termómetro está listo para tomar la medida.

Specifics for each Temperature Mode

ORAL—Para niños de 4 años de edad en adelante.

1. Asegúrese de que intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda debajo de la lengua en las ubicaciones marcadas por . Indique al niño que no muerda la sonda.



RECTAL— Altamente preciso para medir la temperatura corporal central. Es el modo que recomiendan los pediatras desde el nacimiento hasta el primer año o hasta que el niño lo tolere.

1. Lubrique la punta de la sonda con un lubricante soluble en agua o vaselina. Para una inserción más sencilla, coloque al bebé de manera que la espalda y las piernas formen un ángulo de 90 grados (forma de L).



2. Asegúrese que °C (o °F) esté brillando intermitentemente, luego coloque la punta de la sonda en el recto, a no más de 1,3 cm (1/2 pulgada) de profundidad. En caso de encontrar resistencia a la inserción del termómetro, no fuerce la punta dentro del recto.

- Cuando °C (o °F) deja de brillar intermitentemente, significa que el termómetro ya registró la temperatura. El tiempo aproximado de la medición es de 30 segundos. Termómetro emite pitidos 10 segundos para la temperatura normal, y aproximadamente 15 segundos para temperaturas de fiebre.
- Quite la punta de la sonda y verifique la temperatura.
- Presione el botón para apagarlo o el termómetro se apagará automáticamente después de 8-9 minutos sin usar.
- Termómetro debe estar apagado y encendido de nuevo antes de tomar otra medida.


NOTA: Fiebre alta y prolongada requiere atención médica, en especial cuando se trata de niños pequeños. No deje de consultar a un médico. Tabla de medición incluida. **NO** permita que el niño camine o corra mientras le toma la temperatura. La sonda podría presentar un riesgo.

Solución de Problemas

Pantalla	Significado	Acción recomendada	Pantalla	Acción recomendada
	<ul style="list-style-type: none"> • El termómetro pudo haber estado guardado en un ambiente caluroso. • La temperatura está por encima del rango de medición del termómetro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espere 30 minutos para permitir que el termómetro alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo. • Consulte la sección Especificaciones técnicas para ver el Rango de medición de temperatura. 		<ul style="list-style-type: none"> • Las baterías están agotadas. Cámbielas. (Consulte la sección Cómo cambiar las baterías)
	<ul style="list-style-type: none"> • El termómetro pudo haber estado guardado en un ambiente frío o caluroso. • El termómetro no funciona si la temperatura del ambiente está fuera del rango de medición. • El termómetro puede haber sufrido un mal uso. Es posible que tenga daños irreversibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Espere 30 minutos para permitir que el termómetro alcance la temperatura ambiente y luego vuelva a intentarlo. • Consulte la sección Especificaciones técnicas para ver el Ambiente de operación. • Apáguelo y vuelva a encenderlo antes de descartarlo. 		<ul style="list-style-type: none"> • No devuelva este producto al lugar donde lo adquirió. Si falta alguna pieza, envíe un mensaje de correo electrónico a aconsumer@djgusa.com, llámeme al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (TH063, TH064) y el código de fecha (fecha de fabricación) indicado en el paquete. • Antes de llamar al Departamento de Relaciones con el Consumidor para consultas sobre artefactos de electrónicos, coloque baterías nuevas y trate de hacer funcionar el producto otra vez.

Memoria

El termómetro guarda la última lectura de temperatura. Como referencia para los padres, dicha lectura aparece en pantalla automáticamente la próxima vez que se enciende el termómetro.



Si el termómetro se prende y se apaga, la lectura en la memoria se borra.

Fahrenheit / Centígrado

Pulse el botón para encender el termómetro. Tan pronto como "----" aparece en la pantalla, pulse y mantenga pulsado el botón durante al menos 3 segundos para cambiar entre F y C. Suelte el botón cuando el indicador del deseado que aparecen en pantalla.

Cómo Reemplazar las Baterías


Indicador de Bateria Descargada:

Cuando el icono "▽" comienza a brillar intermitentemente, es porque la batería se agotó y debe reemplazarse.



Cómo Reemplazar las Baterías:

- 1 Use un destornillador Phillips para aflojar el tornillo de la tapa. Retire la tapa.
- 2 Use un palillo para quitar la batería.
- 3 Coloque una batería nueva de 1.5 voltios (LR41 o equivalente) en la ubicación correcta, con el **lado negativo redondeado hacia arriba**, como se muestra en la ilustración.
- 4 Ponga la tapa en el termómetro y asegúrela.



Especificaciones Técnicas

Rango de medición de temperatura: 32,2° C a 43,3° C

Precisión de medición:

+/- 0,1° C para temps 35° C a 42° C

+/- 0,2° C para temps menores a 35° C o mayores a 42° C.

Ambiente de operación: 10° C a 40° C

Ambiente de almacenamiento: -25° C a 60° C

Protocolo de prueba:

- 1 Coloque la punta del termómetro en el agua para el baño, aproximadamente 1 cm debajo de la superficie.
- 2 Espere 10 segundos, luego encienda el termómetro presionando el botón ON/OFF. El termómetro se encuentra en modo estándar.
- 3 Una vez que termina de tomar la temperatura, registre la lectura.

Garantía Limitada Durante un (1) Año

La firma Dorel Juvenile Group, Inc. asegura al comprador original que este producto (Termómetro), está garantizado contra materiales defectuosos o mano de obra deficiente durante un (1) año a partir de la fecha de compra, si se utiliza en condiciones normales. Si el producto presentara materiales defectuosos o mano de obra deficiente, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o sustituirá el producto, a nuestra discreción, de manera gratuita. El comprador cubrirá todos los costos relacionados con el envase y envío del producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group, a la dirección que aparece al inicio de este documento, y los demás costos de transportación o aseguramiento relacionados con el envío. Dorel Juvenile Group cubrirá los costos de devolución al comprador del producto reparado o sustituido. El producto debe enviarse en su envase original junto con una prueba documental de la compra, ya sea el recibo de venta u otro medio demostrativo de que el producto aún está dentro del período de garantía. Esta garantía quedará anulada si el propietario hubiera reparado o modificado el producto, o si éste se hubiera dañado como consecuencia del uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualesquiera otras responsabilidades ajenas a la expresada más arriba, entre otras los daños incidentales o consecuentes.

EN ALGUNOS ESTADOS NO SE PERMITEN LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES REFERENTES A LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTES EXPUESTA QUIZÁS NO SE APLIQUE EN SU CASO PARTICULAR.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIÉN CUENTE CON OTROS DERECHOS QUE PUDIERAN VARIAR EN DISTINTOS ESTADOS.

©2015 Dorel Juvenile.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com
Hecho en CHINA.
Los estilos y los colores pueden variar.
Distribuido por Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
01/14/15 4358-6388